



Vážený pan

**Mgr. Ing. Radek Urbánek**

vedoucí Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad

Odbor právní a krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Jihočeský kraj

U zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

**ID: kdib3rr**

Váš dopis zn.: KUJCK 21284/2023

Ze dne: 9. února 2023

Praha 12. února 2024

Č. j.: MZDR 8123/2023-2/OZP



MZDRX01QYS05

Vážený pane vedoucí,

v odpovědi na Váš dotaz týkající se provozování fotobiomodulačního panelu v rámci živnostenského podnikání mi nejprve dovoluňte vyjádřit omluvu za opožděnou odpověď, která byla zapříčiněna nedostatečnými personálními kapacitami a nutností konzultovat problematiku uvedeného přístroje s dalšími odbory Ministerstva zdravotnictví. V souladu s vyjádřením odboru léčiv a zdravotnických prostředků uvádím následující.

Přístroj MITO LIGHT 3.0 pracuje na principu červeného a infračerveného světelného spektra a není veden jako zdravotnický prostředek v Národním registru zdravotnických prostředků. K žádosti o vyjádření stanoviska Ministerstva zdravotnictví byl přiložen návod k použití přístroje MITO LIGHT 3.0 v odpovídajícím rozsahu vystavený výrobcem. Z předložené dokumentace přístroje vyplývá, že přístroj má sloužit jako podpůrný nástroj pro regeneraci zdravého organismu. V návodu k použití se uvádí, že v popisu účinků přístroje nesmí být uváděna diagnostika, léčba nebo prevence jakékoli nemoci. Použití tohoto přístroje nenahrazuje osobní konzultaci s lékařem a jeho působení nemá být chápáno jako lékařská pomoc.





Na podkladě uvedených skutečností je Ministerstvo zdravotnictví toho názoru, že přístroj MITO LIGHT 3.0 je možné používat v příslušných živnostenských činnostech v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu využití přístroje výhradně k neléčebným účelům. Obecně je možné uvádět v prezentaci účinků přístrojů používaných v rámci živnostenského zákona pouze účinek regenerační či podpůrný a aplikace takového přístroje je možná pouze u zdravých osob. Rovněž nelze v souvislosti s jeho provozem používat výrazy jako terapie, pacient, léčba, uzdravení apod.

S pozdravem

**Ing. Mgr. Venuše Škampová**  
ředitelka odboru zdravotní péče

