

1044/13

11381/13



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Datum: 31-01-2013		Zprac. /ko
Č.j. <i>na 27/1009/13</i>	Úřl. zn.	
Počet listů	Počet příl.	

Vážený pan
Ing. Václav Kohout
vedoucí oddělení
krajský živnostenský úřad
odboru vnitřních věcí a krajský
živnostenský úřad
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 16
306 13 Plzeň

V Praze dne: 24.1. 2013
Č. j.: 1045/2012

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu ve věci využití laserového přístroje řady BTL – 5000 v rámci živnostenského podnikání Vám sdělujeme, že uvedené dříve vydané stanovisko Ministerstva zdravotnictví k využití tohoto přístroje v rámci řemeslné živnosti Kosmetické služby nebo vázané živnosti Masérské, regenerační a rekondiční služby se nemění.

Je prokázáno, že při neodborném použití laserových přístrojů určených pro lékařské využití nebo při neznalosti potenciálních medicínských rizik může snadno dojít k poškození kůže a jiným zdravotním komplikacím. Eventuální následné zdravotní komplikace nemůže řešit nelékař.

Tento přístroj je terapeutickým prostředkem zdravotnické techniky a tedy smí být využíván pouze lékařem nebo nelekařským zdravotnickým pracovníkem pod dohledem lékaře a to ve zdravotnickém zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

V rámci živnosti mohou být využívány pouze takové laserové přístroje (nebo alternativní zdroje intenzivního pulsního světla (IPL), které nejsou zdravotnickými prostředky, mají sníženou bezpečnou intenzitu výkonu (uvedené technické parametry) a jsou určeny pro laické využití proškolenou obsluhou (nezdravotníky).

S pozdravem

Helena
MUDr. Helena Sajdlová
ředitelka odboru zdravotních služeb

